

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 李书	
	职称: 工程师	
	工作单位: 马鞍山市妇幼保健院	
	手机号:	
项目信息	项目名称: 马鞍山市中医院移动C型臂X光机配件(球管) 采购	
	供应商名称: 安徽九州通医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	该院2020年投入使用的移动式C型臂X光机(生产厂家为普爱医疗,型号为PLX118WF-B),发生故障,经检查为球管损坏,为保证使用安全,需更换同型号,原装配件,因安徽九州通医疗器械有限公司为南京普爱医疗设备股份有限公司授权供应商,建议从单一供应商处安徽九州通医疗器械有限公司采购。 注:专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达,从唯一供应商处采购的理由。	
专业人员 签 字	李书	日期 2025年8月27日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 郭小科	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 马鞍山市中医院	
	手机号:	
项目信息	项目名称: 马鞍山市中医院移动C型臂X光机配件(球管) 采购	
	供应商名称: 安徽九州通医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	马鞍山市中医院移动式C型臂X光机专用核心部件球管损坏,为维持该设备使用,正常使用,需更换原厂球管,该球管兼容性及其整机匹配性。安徽九州通医疗器械有限公司为南京普爱医疗设备有限公司的授权经销商,负责该型C型臂X光机球管产品在马鞍山市公立医院的经销,故本项目采购为唯一供应商,具有唯一性。禁止,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条,为维持该设备使用不可替代的专利、专有技术”的规定。本项目拟采购单一来源采购方式,单一来源供应商为安徽九州通医疗器械有限公司。 注:专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达,从唯一供应商处采购的理由。	
专业人员 签 字	郭小科	日期 2025年 8月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 朱启力	
	职称:	
	工作单位: 马鞍山市中医院	
	手机号:	
项目信息	项目名称: 马鞍山市中医院移动C型臂X光机配件(球管) 采购	
	供应商名称: 安徽九州通医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	马鞍山市中医院于2000年购入的南京普爱医疗生产的移动式C型臂X光机, 型号为PLX118WP-B, 球管部件损坏。作为该器械的核心部件, 为保证其设备的正常运行, 考虑设备自身的设备兼容性、运行稳定性等相关因素, 同意使用单一来源采购方式购买原厂配件。已确认安徽九州通医疗器械有限公司具有原厂授权证明。 注: 专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达, 从唯一供应商处采购的理由。	
专业人员 签 字	朱启力	日期 2015 年 8 月 27 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。